

Déclaration de Conformité

Directives couvertes par cette Déclaration :

2014/53/EU Équipements radioélectriques
 2011/65/EU Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses

Déclare que le(s) produit(s) : **Mesureur de contamination saline Elcometer 130 – Modèle T**

Référence(s) : **E130-T, E130-TC**

Option(s) produit : **T99921325**

La présente Déclaration de Conformité est établie sous la seule responsabilité d'Elcometer Limited. Les produits identifiés ci-dessus sont conformes aux exigences de la Directive UE sus mentionnée car ils sont conformes aux normes suivantes :

| | |
|--|--|
| EN 300 328 V2.1.1¹ | Systèmes de transmission à large bande; Équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à large bande; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'Article 3.2 de la Directive 2014/53/UE |
| EN 301 489-1 V1.9.2² | Compatibilité Electromagnétique et Spectre Radioélectrique (ERM); Norme de Compatibilité Electromagnétique (EMC) pour équipement radio et services; Partie 1 : Exigences techniques communes |
| EN 301 489-17 V2.2.1² | Compatibilité Electromagnétique et Spectre Radioélectrique (ERM); Norme de Compatibilité Electromagnétique (EMC) pour équipement radio; Partie 17 : Conditions spécifiques pour systèmes de transmission de données à haut débit |
| EN 62479:2010² IEC 62479:2010 (Modifiée) | Evaluation de la conformité des appareils électriques et électroniques de faible puissance aux restrictions de base concernant l'exposition des êtres humains aux champs électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz) |
| EN 60950-1:2006 +A2:2013² IEC 60950-1:2005 +A2:2013 (Modifiée) | Equipement de technologie de l'information - Sécurité - Partie 1 : exigences générales |
| EN 61326-1:2013² IEC 61326-1:2012 Classe B³, Groupe 1⁴ ISM | Equipement électrique de mesure, contrôle et laboratoire - exigences EMC. Partie 1 Exigences générales |
| EN 61326-2-1:2013² IEC 61326-2-1:2012 | Equipement électrique de mesure, contrôle et laboratoire - exigences EMC. Partie 2-1 : exigences particulières - Configurations d'essai, conditions fonctionnelles et critères de performance pour essai de sensibilité et équipement de mesures pour les applications non protégées de la CEM |

| | |
|--|--|
| EN 55032:2012² CISPR 32:2012 | Compatibilité électromagnétique d'équipement multimedia Exigences relatives aux émissions |
| EN 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010 | Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, contrôle et laboratoire. Partie 1 Exigences générales |
| EN 50581:2012 | Documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et électroniques en accord avec la restriction d'utilisation de substances dangereuses. |

¹ Tests réalisés par Shenzhen Morlab Communications Technology Company Limited

² Tests réalisés par TRaC et TÜV Rheinland®

³ Les produits de Classe B peuvent être utilisés dans les établissements domestiques et dans les établissements directement reliés à un réseau basse tension qui alimente des bâtiments à usage domestique.

⁴ Produit ISM de Groupe 1 : produit dans lequel on génère et/ou utilise intentionnellement l'énergie radioélectrique nécessaire au fonctionnement interne de l'équipement lui-même.



Signé :

M. C. Sellars

Manchester, Royaume-Uni
Date : 12 juillet 2017
Autorité : Directeur Général